ACCU-CHEK® Guide

Roche

Werte an mySugr App übertragen

Display

Teststreifen

Tasten

Knopf für Streifenauswurf

Beleuchteter Teststreifeneinschub

Blutzuckermessung

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife und trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab.

Schieben Sie mit dem Daumen einen Teststreifen mit leichtem Druck nach oben und entnehmen Sie ihn. Verschließen Sie danach den Deckel wieder fest.

Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung ein. Das Gerät schaltet sich dadurch automatisch ein.

Berühren Sie mit dem **gelben Rand** des Teststreifens den Blutstropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf. Nehmen Sie den Finger vom Testfeld weg, sobald **Messung wird durchgeführt** auf dem Display erscheint.

Der Messwert erscheint innerhalb von 4 Sekunden auf dem Display. Entfernen Sie den Teststreifen mit dem **Auswurfknopf**.

ACCU-CHEK®

A Markierung hinzufügen

1. Fall Sie diesen Wert markieren möchten, drücken Sie die Taste **OK**. Ansonsten entfernen Sie den Teststreifen mit dem **Auswurfknopf**.
2. **Markieren** erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf ▼, um die gewünschte Markierung auszuwählen. Drücken Sie **OK,** um die Markierung hinzuzufügen.

B Abrufen Ihrer Daten

1. Drücken Sie im Hauptmenü ▼, um **Meine Daten** auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.
2. Drücken Sie nochmals **OK,** um das **Tagebuch** auszuwählen.
3. Um Einzelheiten zu einem Messwert anzuzeigen, wählen Sie diesen aus und drücken auf **OK**.

C Zielbereiche

1. Drücken Sie im Hauptmenü ▼, um **Einstellungen** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie auf ▼, um **Mehr Optionen** auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.
3. **Zielbereiche** ist ausgewählt. Drücken Sie auf **OK**.
4. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um **Aus, 1 Zielbereich** oder **2 Zielbereiche** auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den unteren Grenzwert des Zielbereiches **Vor Mahlzeit** anzupassen. Mit **OK** übernehmen Sie die Einstellung und wechseln zum nächsten Feld.

D Zielbereich Prozent (%)



Damit Werte für **Zielbereich %** angezeigt werden können, muss die Funktion auf dem Messgerät aktiviert sein.

1. Drücken Sie im Hauptmenü auf ▼, um **Meine Daten** auszuwählen.
2. Drücken Sie auf ▼, um **Zielbereich %** auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie auf **OK**. Danach wählen Sie einen Zeitraum aus (z.B. 90 Tage).
4. Die Werte für **Zielbereich %** erscheinen auf dem Display.

Hinweis: Bei möglichen Fehlermeldungen erscheint eine Beschreibung des Fehlers direkt auf dem Display des Accu-Chek Guide Blutzuckermessgerätes.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter Tel. **01/277 27-355** (Mo-Fr 8:00-18:00). Weitere Informationen finden Sie auch im Internet auf **www.accu-chek.at**

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK GUIDE sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2019 Roche Diabetes Care.

www.accu-chek.at/guide
Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96

08156093001 11/19

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.